



Onderhoud van een poortkatheter

informatie voor patiënten

Spoel driemaandelijks de poortkatheter met fysiologische zoutoplossing (NaCl 0,9%) tijdens een periode van buitengebruikstelling.

DRIEMAANDELIJKS SPOELEN

Werkwijze (info voor thuiszorg):

De poort wordt aangeprikt met een Huber-puntnaald. Standaard wordt een naald met een diameter van 20G gebruikt. De naaldlengte kan variëren, afhankelijk van de dikte van het onderhuidse weefsel (standaardlengte is 15 mm Surecan®).



- Ontsmet uw propere handen met handalcohol.
- Doe kiemarme handschoenen aan.
- Palpeer de huid boven de poortkatheter, zodat u goed voelt waar er moet geprikt worden.
- Voor het aanprikken ontsmet u de huid wrijvend gedurende 15 seconden met een chloorhexidine-oplossing in alcohol (voorkeur chloorhexidine 2% in alcohol).
- Terwijl de ontsmettingsvloeistof droogt, kunt u de Huberpuntnaald purgeren met een spuit van 10 ml NaCl 0,9%.
- Fixeer de poort tussen duim en wijsvinger, zonder de prikplaats aan te raken (“no touch”-techniek).
- Prik de poort loodrecht aan. Let erop dat de naald goed tot op de bodem van de poort zit.
- Controleer of bloedaspiratie mogelijk is (bloed in de verlengleiding).
- Spoel de poortkatheter daarna pulserend met 10 ml* NaCl 0,9%. Sluit af onder positieve druk: sluit de klem terwijl de laatste 3 ml traag wordt ingespoten.
- Dek na het verwijderen van de naald het prikgaatje direct af met een steriel, absorberend verband.

* 5 ml voor een zuigeling of kind dat minder dan 10 kg weegt.

Beschikbare naaldlengtes:

- Surecan® Safety: 12 mm – 15 mm – 20 mm – 25 mm

AANDACHTSPUNTEN

VOOR ZORGVERLENERS EN PATIËNTEN IN DE THUISZORG

- X De poortkatheter kan worden gespoeld door een thuisverpleegkundige (een zelfstandige of via een organisatie) of door de huisarts. Zij hebben het nodige materiaal om de poort aan te prikken en te spoelen.
- X Vraag een voorschrift voor het spoelen van de katheter (elke drie maanden) aan uw behandelende arts in het ziekenhuis.

CONTACTGEGEVENS

Bij een katheterprobleem (zoals een aanprikprobleem of de onmogelijkheid om de katheter te laten spoelen) of voor bijkomende inlichtingen kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met:

- verpleegkundigen referentieteam intraveneuze katheterzorg, tel. 016 34 08 64 (8.30 - 16.00 uur), katheterzorg@uzleuven.be
- secretariaat oncologische heekunde, tel. 016 34 68 32 of 016 34 68 31 of 016 34 68 29

© december 2020 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de verpleegkundigen en artsen van het referentieteam intraveneuze katheterzorg in samenwerking met de dienst ziekenhuishygiëne en de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700604.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app

